

ORTHORA 200

Hiermit erhalten Sie den Vorschlag für das Instrumentenpedal des nebenstehenden Auftrages.

Bei Bestellungen ab 1.1.2010 werden die ORTHORA 200 Units neu mit dem 4-Funktionspedal DYN standardmässig ausgeliefert. Wenn Ihr Kunde bereits ORTHORA 200 Units im Einsatz hat, kann selbstverständlich auch an den neuen Units das 5-Funktionspedal bestellt werden.

Weitere Informationen über das Instrumentenpedal finden Sie auch im Produkteblatt → 320_8712_35_xxxx Instrumentenpedal_D.pdf. Bitte bestätigen Sie das gewählte Instrumentenpedal gemäss dieser Spezifikation und teilen Sie uns allfällige Änderungen umgehend mit.

Wenn wir innert 10 Tagen keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass der Kunde mit diesem Vorschlag einverstanden ist.

Spezifikation Instrumentenpedal D

PRAXIS / KOMMISSION

AB-NR. UNIT

FACHHÄNDLER


4-Funktionspedal DYN

Standard ab 1.1.2010



4-Funktionspedal DYN

Optional:



4-Funktionspedal DYN, freistehend



1-Funktionspedal, freistehend zu Parallelbedienung der Funktion "Antrieb" zu 4F System


5-Funktionspedal

Standard bis 31.12.2009




5-Funktionspedal

Optional:



5-Funktionspedal, freistehend



2-Funktionspedal, freistehend zu Parallelbedienung der Funktion "Antrieb" zu 5F System

Vorschlag akzeptiert


modifizierte Spezifikation

Datum:

Visum:


4-Funktionspedal DYN

Mit der Bedienung über das 4-Funktionspedal DYN wird in den 4 anwählbaren Stufen die Geschwindigkeit/Intensität dynamisch ausgegeben. Die Einstellung der Geschwindigkeit/Intensität der Stufen wird über die Programmierung (ST09) eingestellt. Mit dem 4-Funktionspedal DYN können auch konstante Werte pro Stufe eingegeben werden (Geschwindigkeit/Intensität pro Stufe konstant).



5-Funktionspedal

Mit der Bedienung über das 5-Funktionspedal wird in den 4 anwählbaren Stufen die Geschwindigkeit/Intensität konstant ausgegeben. Die Einstellung der Geschwindigkeit/Intensität der Stufen wird über die Elektronik (ST01) oder über die Programmierung (ST09) eingestellt.



Systemanforderung 4F

ORTHORA 200 mit Steuerung ST09, Serien Nr. > OT1.02000 und Mikrokontroller > Version 5.3 oder Aufrüstung der ORTHORA 200 Geräte auf Steuerung ST09

Systemanforderung 5F

ORTHORA 200 mit Steuerung ST01 & ST09, Serie Nr. > OT1.00001 Standardausrüstung bis Ende 2009

MIKRONA TECHNOLOGIE AG

Wigartestrasse 8, CH-8957 Spreitenbach, Tel. +41 56 418 45 45, Fax +41 56 418 45 00, swiss@mikrona.com

www.mikrona.com

MIKRONA
The Swiss Dental Technology